

Sådan kontrolleres om **nøjagtigheden** af et **blodtryksapparat** er **testet korrekt**



Hvorfor skal jeg bruge et **nøjagtigt blodtryksapparat?**

Unøjagtig blodtryksmåling kan føre til forkert diagnose og behandling.

Man kan hermed gå glip af muligheden for at reducere risikoen for hjerteanfald eller slagtilfælde.



Der findes mange **unøjagtige blodtryksapparater**

Over 3000 blodtryksapparater er tilgængelige, men mindre end 15% af disse er testet korrekt for nøjagtighed.



BRUG KUN BLODTRYKSAPPARATER, DER ANBEFALES AF DE (GRATIS) REGISTRE NEDENFOR

Vælg et register specifikt for dit land eller et generelt register

Lands-specifikke registre

Klik på det relevante land og følg deres instruktioner.

- [Storbritannien](#)
- [Tyskland](#)
- [Irland](#)
- [Japan](#)
- [Canada](#)
- [USA](#)

Generelle registre

[STRIDE BP](#) er et register over validerede blodtryksapparater. Følg de detaljerede instruktioner på side 2 om, hvordan du søger i dette register.

[Medaval](#) viser både validerede og ikke-validerede blodtryksapparater. Følg de detaljerede instruktioner på side 3 om, hvordan du søger i dette register.

Sådan kontrolleres ved hjælp af **STRIDE BP-registret** om et **blodtryksapparat** er **testet korrekt for nøjagtighed**




TRIN FOR TRIN GUIDE

01 SKRIV www.stridebp.org/bp-monitors i din webbrowser.




02 SØG ved at indtaste blodtryksapparatets nøjagtige model på skærmen i søgefeltet.

Alternativt skal du indtaste blodtryksapparatets fabrikantens navn og rulle gennem resultaterne indtil, du finder blodtryksapparatets modellen på listen.



Hvis blodtryksapparatet er angivet under 'Enhedsbeskrivelse', **er den valideret korrekt.**



Hvis **“Ingen resultater fundet”** under **“Apparat beskrivelse”** er apparatet **ikke anbefalet til brug.**

Bliv ikke fristet af mærker eller priser eller anmeldelser

Tip: Søgefunktionen er **meget følsom**. Eventuelle mindre fejl i fabrikantens navn eller blodtryksapparatets model vil medføre, at blodtryksapparatet **ikke kan findes, selvom det er valideret.**



Tip: Hvis producent navn eller apparat model ikke kan findes, er det **usandsynligt at blodtryksapparatet er valideret**

Sådan kontrolleres ved hjælp af **Medaval-registret** om et **blodtryksapparat** er **korrekt testet for nøjagtighed**



TRIN FOR TRIN GUIDE

01 SØG

Google*
blodtryksapparatets
mærke og model
sammen med ordet
"Medaval".

*eller enhver anden søgemaskine

Google

A&D UM-201 medaval

All Maps Show

02 SE

Se efter og
klik på linket med
Medaval-evaluering af
blodtryksapparatet.
Ignorer alt andet
reklamemateriale, der
måtte komme op i de
første par hits.

medaval.ie > device > ad-um-201

[A&D UM-201 Blood Pressure Monitor - Medaval](#)

The **A&D UM-201** is a clinically validated and taken from the upper arm and it is intended for

03 KONTROLLER

Rul ned til
nøjagtighedsvurderingsr
apporten. Se efter
Medaval-vurderingen og
-anbefalingen.

Assessment:

The technology used in the A&D UM-201, to measure blood pressure, was evaluated in a clinical validation study, in a general population, according to a recognised standard published in a peer-reviewed publication.

Accuracy Assessment

Recommendation

Medaval

★ ★ Recommendation

Re
re

Bliv ikke fristet af mærker eller priser eller anmeldelser

Tip: Hvis producent navn eller apparat model ikke kan findes, er det **usandsynligt at blodtryksapparatet er valideret**



Tip: Forskellige stjerneklassifikationer bruges af Medaval, men **enhver korrekt valideret monitor vil blive anbefalet**, uanset antallet af stjerner.